

L.DZ.SPZOZ-ZP/24/16/N

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM ORAZ
PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW SYSTEMU DO BADAŃ
WYSIŁKOWYCH I BIEŻNI WSPÓLPRACUJĄCEJ Z TYM SYSTEMEM
WYSIŁKOWYM

Dęblin, dnia 3 grudnia 2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin

Tel. (81) 8831332

Fax (81) 8831332

e- mail: spzozdeblin@wp.pl

strona internetowa: www.spzozdeblin.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** zgodnie z treścią art. 10 uregulowany w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 ze. zm) zwanej dalej także „ustawa” o wartości szacunkowej **nieprzekraczającej** w złotych równowartość kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy tj. **135.000,00 Euro**;
2. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych;
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6) i 7) lub art. 134 ust.6 pkt 3.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem oraz przeszkoleniem pracowników systemu do badań wysiłkowych i bieżni współpracującej z tym systemem wysiłkowym.
2. Główny przedmiot zamówienia wg. (CPV) : **33100000-1**
3. Parametry systemu do badań wysiłkowych:
 - 1) Moduł pacjenta do akwizycji sygnału EKG z bezprzewodową transmisją danych do systemu wysiłkowego
 - 2) Sposób komunikacji z komputerem: bluetooth – kompatybilny z modułami komputerów PC w wersji 2.0 lub wyższej; konieczne sparowanie urządzenia z komputerem w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych do właściwej stacji odbiorczej
 - 3) Częstotliwość próbkowania sygnału EKG: 8000 Hz na kanał, dla wszystkich 12 kanałów EKG
 - 4) Rozdzielczość rejestrowanego sygnału: 12 bit
 - 5) Pasma analizy sygnału EKG: 0,05 - 150 Hz
 - 6) Detekcja impulsów kardiostymulatora o szerokości $\geq 0,1$ ms
 - 7) Obwód pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed defibrylacją
 - 8) Wymiary przetwornika EKG: 90x58x20 mm
 - 9) Waga przetwornika EKG bez baterii: 60 g
 - 10) Przetwornik wyposażony w ekran OLED służący do dodatkowego podglądu kanałów EKG, kontroli jakości podłączenia elektrod, częstości rytmu serca, stanu naładowania ogniw zasilających, ustawienia połączenia z komputerem
 - 11) Zasilanie przetwornika: 2 baterie lub akumulatory typu AA
 - 12) Czas pracy przetwornika na naładowanych w pełni ogniwach: 36 h
 - 13) Stopień ochrony obudowy: IP53
 - 14) Dedykowane etui dla pacjenta na przetwornik, z paskiem na ramię i biodrowym
 - 15) Rejestracja sygnału i obsługa systemu wysiłkowego za pośrednictwem komputera typu PC zapewnione przez użytkownika; moduł bluetooth do komputera dostarczany w zestawie z systemem
 - 16) Możliwość podłączenia do systemu: ergometru/bieżni, modułu nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia i saturacji krwi, sieci komputerowej (systemu zarządzania danymi)

- 17) Możliwość bezpośredniego połączenia bazy danych pacjentów z systemem analizy holtera EKG i ABPM
- 18) Oprogramowanie rejestrujące dane z przetwornika EKG, umożliwiające uruchomienie: spoczynkowego badania EKG w trybie automatycznym, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG oraz zapisanie w bazie danych pełnego rozwinięcia 12 kanałów z całego okresu rejestracji tych badań
- 19) Wbudowany generator raportów PDF z możliwością konfiguracji zawartości pliku zgodnej z formatem wydruku, określenia formatu nazwy pliku, automatycznym zapisywaniem raportów we wskazanej lokalizacji
- 20) Możliwość użycia do logowania w aplikacji tego samego loginu i hasła, które zostało określone w kontach systemu Windows
- 21) Moduł administracyjny z możliwością określania praw dostępu do systemu i ustawień własnych w programie
- 22) Konfiguracje odprowadzeń spoczynkowego EKG: Standard, Cabrera, Nehb DAJ, Standard + pochodne XYZ (15 kanałów do wektokardiografii), prawosercowe (z V4R lub z V3R-V6R), dodatkowe tylnościennie (V7-V9)
- 23) Konfiguracje odprowadzeń długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG: Standard, Cabrera, Nehb DAJ, Standard + pochodne XYZ (15 kanałów do wektokardiografii), Frank (bipolarne lub ortogonalne), prawosercowe (z V4R lub z V3R-V6R), dodatkowe tylnościennie (V7-V9), pediatryczne (V3R, V4R, V7)
- 24) Konfiguracje odprowadzeń wysiłkowego EKG: Standard, Cabrera
- 25) Czulość wyświetlanego sygnału EKG: 2,5/5/10/20/40 mm/mV
- 26) Prędkość wyświetlania sygnału EKG: 6,25/12,5/25/50 mm/s
- 27) Jednoczesowe wyświetlanie 3, 6 lub 12 kanałów (1x12, 2x6, 2x6+1, 4x3+1)
- 28) Możliwość wyboru kolorystyki tła ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, osobno dla sygnału wyświetlanego w trybie online i offline
- 29) Filtry sygnału EKG niewpływające na istotne diagnostycznie informacje z krzywej EKG:
 1. Filtr zakłóceń sieciowych
 2. Filtr drżeń mięśniowych
 3. Filtr stabilizujący fluktuacje i redukujący zakłócenia linii izoelektrycznej, bez ingerencji w pomiary w obrębie zespołów QRS
- 30) Automatyczna kontrola jakości podłączenia elektrod ze wskazaniem, które elektrody nie zapewniają dostatecznej jakości sygnału
- 31) Możliwość włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego detekcji zespołów QRS
- 32) Spoczynkowe badanie EKG z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, automatycznymi pomiarami HR, RR, P, PQ, QRS, QT, QTc (korekcja do wyboru wg formuły: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges), osi elektrycznych, dyspersji QT, automatyczną interpretacją (także dla sportowców – według kryteriów z Seattle), przeglądaniem uśrednionych QRS, możliwością wykonywania ręcznych pomiarów i automatycznej reinterpretacji z ich uwzględnieniem, nakładaniem zespołów QRS, możliwością zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, wykreślenia pętli wektokardiograficznych, drukowaniem w dowolnym formacie spośród wszystkich dostępnych w oprogramowaniu
- 33) Długoczasowa rejestracja spoczynkowego EKG w sposób ciągły do 2 godzin z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, detekcją arytmii, możliwością zapisywania fragmentów rejestrowanego sygnału w formie standardowych 10-sekundowych badań EKG z pomiarami, możliwością oznaczania zdarzeń, zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, programowania automatycznego zatrzymania rejestracji po określonym czasie, przeglądania całego zapisanego sygnału i drukowania dowolnych jego fragmentów
- 34) Wysiłkowe badanie EKG ze stałą kontrolą odcinka ST we wszystkich 12 kanałach EKG
- 35) Standardowe protokoły badań wysiłkowych (np. Bruce, Bruce modyfikowany, Balke, Cooper, Naughton) wbudowane w system
- 36) Programowanie i zapamiętywanie własnych protokołów badań wysiłkowych, w tym RAMP

- 37) Tworzenie i zapamiętywanie własnych szablonów opisu badania wysiłkowego z możliwością użycia wyliczonej przez system wartości Duke Treadmill Score
- 38) Konfigurowanie raportów z badania wysiłkowego z zapamiętywaniem domyślnego szablonu i dynamiczną możliwością jego zmiany na etapie wydruku
- 39) Programowanie sposobu wyliczania oczekiwanego dla pacjenta obciążenia według algorytmu Wassermana, W150/W170 lub własnego osobno dla kobiet i mężczyzn
- 40) Programowanie sposobu sygnalizowania wykonania limitu tętna jako maksymalnego, submaksymalnego, określanego osobno dla kobiet i mężczyzn
- 41) Wyświetlanie i monitorowanie w trakcie badania wysiłkowego następujących parametrów i krzywych:
 - 12 odprowadzeniowego EKG
 - Częstości rytmu serca
 - Uśrednionego sygnału EKG
 - Zmian odcinka ST z oceną zakresu tych zmian
 - Zmierzonych wartości ciśnienia krwi (jednoczesne wyświetlanie 2 ostatnich wartości pomiaru)
 - Trendów zmian częstości rytmu, ciśnienia krwi, obciążenia, poziomu i nachylenia ST
 - Danych dotyczących zadanego obciążenia
 - Wartości współczynnika MET lub/i Watt (z automatycznym przeliczeniem online na MET)
 - Procentowego wykonania oczekiwanej wartości MET/Watt
 - Aktywności stymulatora serca
 - Wartości limitu tętna
 - Procentowego wykonania limitu tętna
 - Przekroczenia limitu tętna
 - Rodzaju aktualnie używanego protokołu
 - Nazwy aktualnie realizowanego etapu badania
 - Czasu trwania danego etapu
 - Czasu trwania badania
 - Aktualnych obrotów (w przypadku badania na ergometrze rowerowym), z sygnalizacją zbyt wolnego lub zbyt szybkiego pedalowania
 - Ilości wykrytych pobudzeń komorowych
 - Wartości SpO2 (w przypadku badania z podłączonym zewnętrznym czujnikiem saturacji)
 - Wartości zmęczenia według skali Borga
- 42) Automatyczna detekcja i rejestracja arytmii występujących podczas badania wysiłkowego
- 43) Ręczna rejestracja zdarzeń w czasie badania wysiłkowego, z możliwością dodania opisu rodzaju zdarzenia
- 44) Okno do wprowadzenia wartości ciśnienia pojawiające się automatycznie we wcześniej zaprogramowanym momencie etapów badania wysiłkowego (w przypadku braku modułu automatycznego pomiaru ciśnienia)
- 45) Możliwość wydruku fragmentu EKG w dowolnym momencie trwania badania wysiłkowego oraz zaprogramowania automatycznego wydruku podsumowania każdego etapu podczas trwania próby
- 46) Modyfikacja stosowanego protokołu badania wysiłkowego w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie trwania badania
- 47) Możliwość wyświetlania przycisku ekranowego do natychmiastowego zatrzymania badania, odpowiadającego funkcjonalnością przyciskowi awaryjnemu na bieżni
- 48) Analiza retrospektywna odcinka ST badania wysiłkowego, z możliwością zmiany parametrów analizy i automatycznego przeliczania wyników
- 49) Automatyczne wyliczanie przez system wskaźników Physical Working Capacity
- 50) Możliwość rozszerzenia funkcji systemu o opcje:

- a) Moduł automatycznych, nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia krwi metodą osłuchową (opcjonalnie także monitorowania saturacji) z przekazywaniem zarejestrowanych danych do systemu w trybie online
 - b) System analizy holterowskiej EKG i ABPM
 - c) System zarządzania danymi z obsługą protokołu HL7 i worklist
4. Parametry bieżni współpracującej z systemem wysiłkowym:
- 1) Poręcze przednia i boczne dające odpowiednie oparcie w czasie badania i dające poczucie bezpieczeństwa pacjentowi
 - 2) Opcja poręczy pediatrycznych z regulowaną wysokością
 - 3) Niskie zawieszenie pasa, ułatwiające wejście na bieżnię
 - 4) System zawieszenia pasa z absorpcją wstrząsów
 - 5) Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu
 - 6) Płynna i cicha praca napędu w pełnym zakresie prędkości pasa
 - 7) Układ stopniowego zwiększania prędkości pasa podczas startu
 - 8) Wyłącznik bezpieczeństwa dostępny dla obsługi i osoby znajdującej się na bieżni, umożliwiający ręczne przerwanie pracy i wyłączenie napędu w sytuacji awaryjnej
 - 9) Interfejs szeregowy RS-232 i protokół sterowania zewnętrznego Trackmaster
 - 10) Zakres prędkości pasa 0,8–20 km/h z opcją rozszerzenia do 25 km/h
 - 11) Dokładność zadawania wartości prędkości pasa 0,1 km/h
 - 12) Zakres kąta uniesienia 0-25 %
 - 13) Dokładność zadawania wartości kąta uniesienia pasa 0,5 %
 - 14) Długość części użytkowej pasa 1400 mm
 - 15) Szerokość części użytkowej pasa 520 mm
 - 16) Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego 100 mm po obu stronach pasa
 - 17) Dopuszczalna masa ćwiczącego pacjenta 150 kg
 - 18) Warunki zasilania bieżni: jednofazowe, 230 V, 50 Hz, 1600 W
 - 19) Bezpieczeństwo elektryczne klasa I, typ B
 - 20) Masa własna bieżni 180 kg
 - 21) Wymiary: 2170 mm x 730 mm x 1350 mm
5. System do badań wysiłkowych i bieżnia współpracująca z tym systemem wysiłkowym – „fabrycznie” nowe.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) **kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;**
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - 2) **sytuacja ekonomiczna lub finansowa;**
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
 - a) Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę min.: **30 000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych).**
 - 3) **zdolność techniczna lub zawodowa;**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymienionych w pkt 2 na podstawie żądanych w pkt VI SIWZ dokumentów i oświadczeń, wg. formuły „spełnia – nie spełnia”.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 - 5.1. W przypadku, o którym mowa w pkt.5, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 5.2. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt.5.
 - 5.3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt.5, została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust.1 ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 - 5.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 warunki określone w pkt 2 będą oceniane łącznie.
 - 5.5. Warunek określony w pkt 1 ppkt 1 powinien spełniać każdy wykonawca oddzielnie.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 ustawy.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 6, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca, w terminie określonym przez zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 6.

12. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z przepisem art. 24 ust. pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

POSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

VI.1

A. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zamawiający wezwie do złożenia:

Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

B. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający wezwie do złożenia:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

C. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wezwie do złożenia –

Zamawiający nie określa sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku i nie wezwie do złożenia żadnych dokumentów.

Część A, B i C ma zastosowanie do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

D.

1. Do oferty wykonawcy dołącza:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca - nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według załącznika Nr 2.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (określone w pkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w części A i B w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części A i B które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

E.

Wykonawca w ofercie oświadcza:

Czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ze wskazaniem nazwy, (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania według załącznika nr 1.

VI.II.

1. Oświadczenia, o których mowa w pkt VI.I. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.I., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt VI.I., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt VI.I. Część D pkt 5, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy , a określonych w pkt VI.I.
9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument , który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających , że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu , a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania ,że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
11. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy , oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne , zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości , zamawiający wzywa do ich złożenia , uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym , chyba ,że mimo ich złożenia , uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r., poz. 352).
14. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w części A i B w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części A i B które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

VI.III.

Zasady składania dokumentów przez podmioty występujące wspólnie:

1. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą :

- a) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa **oświadczenie**, o którym mowa w pkt VI.I. w Części D.
2. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale. Pełnomocnictwo winno zawierać oznaczenie pełnomocnika, oznaczenie zakresu pełnomocnictwa, oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczenie wszystkich wykonawców udzielających pełnomocnictwa z podaniem nazwy/firmy, adresu/siedziby i podpisane przez wszystkich Wykonawców (osoby je reprezentujące) udzielających pełnomocnictwa.
 3. Dopuszcza się złożenie pełnomocnictwa w kopii. W tym przypadku zgodność kopii z oryginałem winna być poświadczona przez notariusza.
 4. Postanowienie pkt 2 i pkt 3 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy ofertę i załączniki podpisuje pełnomocnik ustanowiony przez wykonawcę nie ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10c-10e, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147) z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest:
 - 2.1. złożyć ofertę - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej;
 - 2.2. złożyć oświadczenia, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws dokumentów - dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy - w oryginale;
 - 2.3. złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws dokumentów - inne niż oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 2.3 - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej; złożyć inne dokumenty, o których mowa w ustawie - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
 - 2.4. złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa;
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą - inne niż określone w ust. 2 - oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone odpowiednio w formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, rozporządzeniu ws dokumentów i w SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu!
7. Zamawiający na stronie internetowej www.spzozdeblin.pl opublikował Ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ.
8. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Osobami zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 - P. Teresa Żak, tel. (81) 8831332, w zakresie SIWZ,
 - P. Teresa Żak, tel. (81) 8831332, w zakresie przedmiotu zamówienia.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Dokumenty – przygotować i złożyć:

- 1) wypełnić formularz "OFERTA" - stanowiący Załącznik Nr 1
- 2) wypełnić Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r.,poz. 21 64 ze zm.)

2. Informacje dla Wykonawcy.

- 1) oferta i pozostałe załączniki do oferty winny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub podpisana przez osobę umocowaną, przy czym pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
- 2) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 3) zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy, wykonania przedmiotu zamówienia,
- 4) treść oferty winna odpowiadać specyfikacji istotnych warunkach zamówienia,

- 5) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę ; złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę,
- 6) oferta winna obejmować całość zamówienia,
- 7) każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, pokrycie korektorem itp. powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
- 8) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega , że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania , muszą być oznaczone klauzulą “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą , co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SKŁADANIE OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin
z dopiskiem na kopercie:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SYSTEMU I BIEŻNI”

w terminie do dnia 12 grudnia 2016 roku do godz. 14.00

2. Wiążąca jest data i godzina wpływu oferty.
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.
4. Na kopercie winien znajdować się adres wykonawcy.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem “Zmiana” i z powołaniem się na numer pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone “Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian , zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie “Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

OTWARCIE OFERT:

1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 12 grudnia 2016 roku o godz. 14.30** w siedzibie zamawiającego- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin pokój nr 22.
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich złożenia.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
8. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CEN

1. Cena netto - cena podana przez wykonawcę.
2. **Wartość podatku od towarów i usług VAT oblicza się jako iloczyn ceny netto oraz stawki podatku VAT przyjętej zgodnie z obowiązującymi przepisami.**
3. Cenę brutto wykonawca oblicza jako sumę ceny netto i podatku VAT.
4. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
5. Ceną podlegającą ocenie jest CENA OFERTY BRUTTO.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI RZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJACY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO.

1. Kryteria

1. **Cena oferty brutto - 60%**
2. **Termin gwarancji - 40%**

a) C (cena brutto oferty) –waga 60%

Sposób dokonywania oceny według wzoru:

$$C = (C_n : C_b) \times 100 \times 0,60 \text{ (punktów)}$$

gdzie:

C_n – cena brutto oferty najkorzystniejszej

C_b – cena brutto oferty badanej

b) G (termin gwarancji)-waga 40%

Sposób dokonywania oceny według wzoru:

$$G = (G_b : G_n) \times 100 \times 0,40 \text{ (punktów)}$$

gdzie:

G_b – termin gwarancji w ofercie badanej, podany w miesiącach, (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz nie przekraczać 36 miesięcy.)

G_n – najdłuższy termin gwarancji złożony w ofertach, podany w miesiącach, (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz nie przekraczać 36 miesięcy.)

- c) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanych powyżej kryteriów dla każdej części oddzielnie.
- d) Po zsumowaniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej zamawiający zastosuje następujący wzór:

$$Z = C + G$$

gdzie:

Z - łączna ilość uzyskanych punktów

C - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”

G - ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja”

2. Maksymalna ilość punktów (Z), jaką może uzyskać Wykonawca dla każdej z części oddzielnie wynosi 100.
3. Za najkorzystniejszą dla danej części zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższe liczby punktów obliczone wg przedstawionych wyżej wzorów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. **Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została najwyżej oceniona w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz kryteria wyboru.**
2. **Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:**
 - a) - wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres ,jeżeli jest miejsce wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy ,jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców , którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom , w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) - wykonawcach , którzy zostali wykluczeni,
 - c) - wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, a w przypadkach, o których mowa w art., 89 ust 4 i 5, braku równoważności lub brak spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - d) - unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadkach , o których mowa w art. 24 ust.8 ustawy , informacja, o której mowa w pkt 2 litera b, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
4. Zamawiający udostępnia informacje , o których mowa w pkt 2 litera a i d, na stronie internetowej.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego , zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny , chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania , o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
7. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie.
8. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wykonawcy, o których mowa w art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych ponoszą solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy.

XIV. A. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji , o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z treścią Projektu umowy - **Załącznik nr 5**

Projekt umowy nie podlega negocjacom.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

XXI. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

XXII. WYJAŚNIENIE TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert . Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiających a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XXIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAWRZE UMOWY RAMOWEJ.

XXV. ŻĄDANIE WSKAZANIA PODWYKONAWCÓW.

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. Postanowienia ust.3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

XXVII. MOŻLIWOŚĆ ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY.

Nie przewiduje się zmian postanowień zawartej umowy.

XXVIII. UDOSTĘPNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XXX. Zamawiający nie przewiduje wymagań . o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy.

XXXII. Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXXIII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art.. 22 ust. 1 ustawy.

XXXIV. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust.2 ustawy.

XXXV. Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) Załącznik Nr 1 - Formularz OFERTA
- 2) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
- 3) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie - Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego –art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 4) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23.
- 5) Załącznik Nr 5 - Projekt umowy.

Zatwierdzam

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dęblinie

Leon FAMULAK

FORMULARZ OFERTA

Odpowiadając ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż wraz z dostawą, montażem oraz przeszkoleniem pracowników systemu do badań wysiłkowych i bieżni współpracującej z tym systemem wysiłkowym nr opublikowane, na stronie internetowej* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

Wykonawca	<p><u>nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy</u></p> <p>W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia</p>	
	<p><u>Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy</u></p> <p><u>ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, NIP, REGON</u></p> <p>W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia</p>	
	<p><u>Adres do korespondencji</u></p> <p><u>faks, e-mail do korespondencji</u></p> <p>Oświadczamy, że wyżej wskazany nr faksu lub e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania i zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub e-mail, przez zamawiającego. W przypadku zmiany numeru faksu lub adresu e-mail zobowiązujemy się poinformować o tym fakcie zamawiającego na nr faksu 81 8831332</p>	

	<p><u>Pełnomocnik wykonawcy</u></p> <p>zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego</p>	
	<p><u>Osoba upoważniona do kontaktów (adres e-mail, telefon, faks)</u></p>	

Oferujemy kompleksowe wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w części III SIWZ oraz wymogami i warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

1. Cena netto za przedmiot zamówieniazł.
(.....).

Cena brutto za przedmiot zamówieniazł.
(.....) w tym:

1) cena netto za system do badań wysiłkowychzł.(.....
.....),

cena brutto za system do badań wysiłkowychzł.(.....
.....),

2) cena netto za bieżnięzł. (.....),
cena brutto za bieżnięzł. (.....).

2. Za dostarczony przedmiot zamówienia udzielam gwarancji: -

<p>Kryterium oceny ofert:</p> <p>„TERMIN GWARANCJI”</p> <p>- waga 40%</p>	<p>Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres:</p> <p>..... miesięcy*</p> <p>*<u>należy wpisać ilość pełnych miesięcy</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 36 miesięcy.

Jeżeli wykonawca nie wypełni TABELI powyżej - zamawiający uzna, iż wykonawca *tym samym* złożył oświadczenie, że udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.

3. Jednocześnie oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty: nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*/będzie prowadzić do powstania u

Zamawiającego obowiązku podatkowego*, w zakresie i wartości:

.....

 (należy wskazać: nazwę usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego pozostania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

4. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogólne warunki umowy /zał. Nr 5/, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: **21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
6. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od daty upływu terminu do złożenia oferty.
7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
8. Oświadczamy, że:
 - a) przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie
 - b) powierzmy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia

.....
 (należy wpisać część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwę i adres podwykonawcy, o ile jest to wiadome)

9. Zestawienie parametrów granicznych /technicznych oraz eksploatacyjnych i cechy przedmiotu zamówienia.

WYMAGANE PARAMETRY SYSTEMU DO PRÓB WYSIŁKOWYCH

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Model/typ Producent Fabrycznie nowe, wyprodukowany w 2016 r.	Podać	
2.	Moduł pacjenta do akwizycji sygnału EKG z bezprzewodową transmisją danych do systemu wysiłkowego	Tak	
3.	Sposób komunikacji z komputerem: bluetooth – kompatybilny z modułami komputerów PC w wersji 2.0 lub wyższej; konieczne sparowanie urządzenia z komputerem w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych do właściwej stacji odbiorczej	Tak	
4.	Częstotliwość próbkowania sygnału EKG: 8000 Hz na kanał, dla wszystkich 12 kanałów EKG	Tak/podać	
5.	Rozdzielczość rejestrowanego sygnału: 12 bit	Tak	
6.	Pasma analizy sygnału EKG: 0,05 - 150 Hz	Tak/podać	
7.	Detekcja impulsów kardiostymulatora o szerokości $\geq 0,1$ ms	Tak	
8.	Obwód pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed defibrylacją	Tak	

9.	Wymiary przetwornika EKG: 90x58x20 mm +/- 5 mm	Tak/podać	
10.	Waga przetwornika EKG bez baterii: 60 g +/- 5g	Tak/podać	
11.	Przetwornik wyposażony w ekran OLED służący do dodatkowego podglądu kanałów EKG, kontroli jakości podłączenia elektrod, częstości rytmu serca, stanu naładowania ogniw zasilających, ustawienia połączenia z komputerem	Tak	
12.	Zasilanie przetwornika: 2 baterie lub akumulatory typu AA	Tak	
13.	Czas pracy przetwornika na naładowanych w pełni ogniwach: 36 h	Tak/podać	
14.	Stopień ochrony obudowy: IP53	Tak/podać	
15.	Dedykowane etui dla pacjenta na przetwornik, z paskiem na ramię i biodrowym	Tak	
16.	Możliwość podłączenia do systemu: ergometru/bieżni, modułu nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia i saturacji krwi, sieci komputerowej (systemu zarządzania danymi)	Tak	
17.	Oprogramowanie rejestrujące dane z przetwornika EKG, umożliwiające uruchomienie: spoczynkowego badania EKG w trybie automatycznym, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG oraz zapisanie w bazie danych pełnego rozwinięcia 12 kanałów z całego okresu rejestracji tych badań	Tak	
18.	Wbudowany generator raportów PDF z możliwością konfiguracji zawartości pliku zgodnej z formatem wydruku, określenia formatu nazwy pliku, automatycznym zapisywaniem raportów we wskazanej lokalizacji	Tak	
19.	Możliwość użycia do logowania w aplikacji tego samego loginu i hasła, które zostało określone w kontach systemu Windows	Tak	
20.	Konfiguracje odprowadzeń spoczynkowego	Tak	

	EKG: Standard, Cabrera, Nehb DAJ, Standard + pochodne XYZ (15 kanałów do wektokardiografii), prawo sercowe (z V4R lub z V3R-V6R), dodatkowe tylnie ścienne (V7-V9)		
21.	Konfiguracje odprowadzeń długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG: Standard, Cabrera, Nehb DAJ, Standard + pochodne XYZ (15 kanałów do wektokardiografii), Frank (bipolarne lub ortogonalne), prawo sercowe (z V4R lub z V3R-V6R), dodatkowe tylnie ścienne (V7-V9), pediatryczne (V3R, V4R, V7)	Tak	
22.	Konfiguracje odprowadzeń wysiłkowego EKG: Standard, Cabrera	Tak	
23.	Czułość wyświetlanego sygnału EKG: 2,5/5/10/20/40 mm/mV	Tak/podać	
24.	Prędkość wyświetlania sygnału EKG: 6,25/12,5/25/50 mm/s	Tak/podać	
25.	Jednoczasowe wyświetlanie 3, 6 lub 12 kanałów (1x12, 2x6, 2x6+1, 4x3+1)	Tak/podać	
26.	Możliwość wyboru kolorystyki tła ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, osobno dla sygnału wyświetlanego w trybie online i offline	Tak	
27.	Filtry sygnału EKG niewpływające na istotne diagnostycznie informacje z krzywej EKG: 1) Filtr zakłóceń sieciowych Filtr drżeń mięśniowych Filtr stabilizujący fluktuacje i redukujący zakłócenia linii izoelektrycznej, bez ingerencji w pomiary w obrębie zespołów QRS	Tak/podać	
28.	Automatyczna kontrola jakości podłączenia elektrod ze wskazaniem, które elektrody nie zapewniają dostatecznej jakości sygnału	Tak	
29.	Możliwość włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego detekcji zespołów QRS	Tak	
30.	Spoczynkowe badanie EKG z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, automatycznymi pomiarami HR, RR, P, PQ, QRS, QT, QTc (korekcja do wyboru wg	Tak	

	formuły: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges), osi elektrycznych, dyspersji QT, automatyczną interpretacją (także dla sportowców – według kryteriów z Seattle), przeglądaniem uśrednionych QRS, możliwością wykonywania ręcznych pomiarów i automatycznej reinterpretacji z ich uwzględnieniem, nakładaniem zespołów QRS, możliwością zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, wykreślenia pętli wektorkardiograficznych, drukowaniem w dowolnym formacie spośród wszystkich dostępnych w oprogramowaniu		
31.	Długoczasowa rejestracja spoczynkowego EKG w sposób ciągły do 2 godzin z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, detekcją arytmii, możliwością zapisywania fragmentów rejestrowanego sygnału w formie standardowych 10-sekundowych badań EKG z pomiarami, możliwością oznaczania zdarzeń, zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, programowania automatycznego zatrzymania rejestracji po określonym czasie, przeglądania całego zapisanego sygnału i drukowania dowolnych jego fragmentów	Tak	
32.	Wysiłkowe badanie EKG ze stałą kontrolą odcinka ST we wszystkich 12 kanałach EKG Standardowe protokoły badań wysiłkowych (np. Bruce, Bruce modyfikowany, Balke, Cooper, Naughton) wbudowane w system	Tak	
33.	Programowanie i zapamiętywanie własnych protokołów badań wysiłkowych, w tym RAMP	Tak	
34.	Tworzenie i zapamiętywanie własnych szablonów opisu badania wysiłkowego z możliwością użycia wyliczonej przez system wartości Duke Treadmill Score	Tak	
35.	Konfigurowanie raportów z badania wysiłkowego z zapamiętywaniem domyślnego szablonu i dynamiczną możliwością jego zmiany na etapie wydruku	Tak	
36.	Programowanie sposobu wyliczania oczekiwanego dla pacjenta obciążenia według algorytmu Wassermana, W150/W170 lub własnego osobno dla kobiet i mężczyzn	Tak	

37.	Programowanie sposobu sygnalizowania wykonania limitu tętna jako maksymalnego, submaksymalnego, określanego osobno dla kobiet i mężczyzn	Tak	
38.	Wyświetlanie i monitorowanie w trakcie badania wysiłkowego następujących parametrów i krzywych: A. 12 odprowadzeniowego EKG Częstości rytmu serca Uśrednionego sygnału EKG Zmian odcinka ST z oceną zakresu tych zmian Zmierzonych wartości ciśnienia krwi (jednoczesne wyświetlanie 2 ostatnich wartości pomiaru) Trendów zmian częstości rytmu, ciśnienia krwi, obciążenia, poziomu i nachylenia ST Danych dotyczących zadanego obciążenia Wartości współczynnika MET lub/i Watt (z automatycznym przeliczeniem online na MET) Procentowego wykonania oczekiwanej wartości MET/Watt Aktywności stymulatora serca Wartości limitu tętna Procentowego wykonania limitu tętna Przekroczenia limitu tętna Rodzaju aktualnie używanego protokołu Nazwy aktualnie realizowanego etapu badania Czasu trwania danego etapu Czasu trwania badania Aktualnych obrotów (w przypadku badania na ergometrze rowerowym), z sygnalizacją zbyt wolnego lub zbyt szybkiego pedalowania Ilości wykrytych pobudzeń komorowych Wartości SpO2 (w przypadku badania z podłączonym zewnętrznym czujnikiem saturacji) Wartości zmęczenia według skali Borga	Tak	
39.	Automatyczna detekcja i rejestracja arytmii występujących podczas badania wysiłkowego	Tak	
40.	Ręczna rejestracja zdarzeń w czasie badania wysiłkowego, z możliwością dodania opisu rodzaju zdarzenia	Tak	
41.	Okno do wprowadzenia wartości ciśnienia pojawiające się automatycznie we wcześniej zaprogramowanym momencie etapów	Tak	

	badania wysiłkowego (w przypadku braku modułu automatycznego pomiaru ciśnienia)		
42.	Możliwość wydruku fragmentu EKG w dowolnym momencie trwania badania wysiłkowego oraz zaprogramowania automatycznego wydruku podsumowania każdego etapu podczas trwania próby	Tak	
43.	Modyfikacja stosowanego protokołu badania wysiłkowego w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie trwania badania	Tak	
44.	Możliwość wyświetlania przycisku ekranowego do natychmiastowego zatrzymania badania, odpowiadającego funkcjonalnością przyciskowi awaryjnemu na bieżni	Tak	
45.	Analiza retrospektywna odcinka ST badania wysiłkowego, z możliwością zmiany parametrów analizy i automatycznego przeliczenia wyników	Tak	
46.	Automatyczne wyliczanie przez system wskaźników Physical Working Capacity	Tak	

DOKUMENTACJA PRODUKTU

- | | |
|----------------------------------------------------|----------------|
| 1. Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE | TAK / Załączyć |
| 2. Instrukcja obsługi w j. polskim – przy dostawie | TAK |

GWARANCJA, SZKOLENIE I SERWIS

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Szkolenie z obsługi urządzenia | TAK |
| 4. Autoryzacja od producenta na sprzedaż urządzenia na terenie Polski | TAK |

PARAMETRY BIEŻNI WSPÓLPRACUJĄCEJ Z PRÓBĄ WYSIŁKOWĄ

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Model/typ Producent Fabrycznie nowe, wyprodukowany w 2016 r.	Podać	
2.	Poręcz przednia i boczne dające odpowiednie oparcie w czasie badania i dające poczucie bezpieczeństwa pacjentowi	Tak	

3.	Opcja poręczy pediatricznych z regulowaną wysokością	Tak	
4.	Niskie zawieszenie pasa, ułatwiające wejście na bieżnię	Tak	
5.	System zawieszenia pasa z absorpcją wstrząsów	Tak	
6.	Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu	Tak	
7.	Płynna i cicha praca napędu w pełnym zakresie prędkości pasa	Tak	
8.	Układ stopniowego zwiększania prędkości pasa podczas startu	Tak	
9.	Wyłącznik bezpieczeństwa dostępny dla obsługi i osoby znajdującej się na bieżni, umożliwiający ręczne przerwanie pracy i wyłączenie napędu w sytuacji awaryjnej	Tak	
10.	Interfejs szeregowy RS-232 i protokół sterowania zewnętrznego Trackmaster	Tak/podać	
11.	Zakres prędkości pasa 0,8–20 km/h z opcją rozszerzenia do 25 km/h	Tak/podać	
12.	Dokładność zadawania wartości prędkości pasa 0,1 km/h	Tak/podać	
13.	Zakres kąta uniesienia 0-25 %	Tak/podać	
14.	Dokładność zadawania wartości kąta uniesienia pasa 0,5 %	Tak/podać	
15.	Długość części użytkowej pasa 1400 mm +/- 10mm	Tak/podać	
16.	Szerokość części użytkowej pasa 520 mm +/- 5mm	Tak/podać	
17.	Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego 100 mm +/- 10mm po obu stronach pasa	Tak/podać	
18.	Dopuszczalna masa ćwiczącego pacjenta 150 kg	Tak/podać	

19.	Bezpieczeństwo elektryczne klasa I, typ B	Tak	
20.	Warunki zasilania bieżni: jednofazowe, 230 V, 50 Hz, 1600 W	Tak	
21.	Masa własna bieżni 180 kg +/- 10kg		
22.	Wymiary całkowite bieżni : 2170 mm x 730 mm x 1350 mm +/- 10mm		

**DOKUMENTACJA
PRODUKTU**

- | | | |
|----|----------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Certyfikat CE /
Deklaracja zgodności CE | TAK / Załączyć |
| 2. | Instrukcja obsługi w j.
polskim – przy dostawie | TAK |

**GWARANCJA,
SZKOLENIE I
SERWIS**

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----|
| 3. | Szkolenie z obsługi
urządzenia | TAK |
|----|-----------------------------------|-----|

10. Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr.....

Załączniki do oferty:

- a)
- b)
- c)

Dnia

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela/li Wykonawcy)***

UWAGA: podpis musi być możliwy do identyfikacji (czytelny lub wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej)

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE ¹⁾
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż wraz z dostawą, montażem oraz przeszkoleniem pracowników systemu do badań wysiłkowych i bieżni współpracującej z tym systemem wysiłkowym Nr L.DZ.SPZOZ-ZP/24/16/N

Oświadczam(y):

1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Rozdziale V i VI niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ, polega na zasobach następujących podmiotów i zakresie:

Pełna nazwa podmiotu NIP oraz REGON	Nazwa i zakres zasobu udostępnionego wykonawcy

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.
4. W stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy p .z.p.(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 14, lub wskazanych przez Zamawiającego z art. 24 ust. 5 pkt.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 24 ust. 8 Wykonawca podjął następujące środki naprawcze:
.....
5. Oświadczam, że podmiot na zasoby, którego powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazany w pkt. 2 Oświadczenia, nie podlega wykluczeniu z postępowania:
.....

(podać nazwę i adres podmiotów, NIP i REGON)

6. Oświadczam, że następujące podmioty będące podwykonawcami nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:

Dnia

.....
podpis i pieczęć upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) wykonawcy**

****UWAGA:** podpis musi być możliwy do identyfikacji (czytelny lub wraz z imienną pieczętą osoby podpisującej)

- 1.) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być złożone przez każde go z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia;
- 2.) Podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14
- 3.) W przypadku gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego - art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu sprzedaż wraz z dostawą, montażem oraz przeszkoleniem pracowników systemu do badań wysiłkowych i bieżni współpracującej z tym systemem wysiłkowym.*

.....
.....
.....

Dnia

.....
podpis i pieczęć upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) wykonawcy**

*jeśli nie będzie brał udziału inny podmiot –należy wpisać „nie dotyczy”

**UWAGA: podpis musi być możliwy do identyfikacji (czytelny lub wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej)

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

a niżej podpisany _____

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż wraz z dostawą, montażem oraz przeszkoleniem pracowników systemu do badań wysiłkowych i bieżni współpracującej z tym systemem wysiłkowym **Nr L.DZ.SPZOZ-ZP/24/16/N**

niniejszym oświadczam, iż*:

- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu *ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z ww. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**:

Lp.	Nazwa podmiotu	Siedziba

..... Dnia

.....
*** (czytelny podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela/li wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić,

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

***** UWAGA: podpis musi być możliwy do identyfikacji (czytelny lub wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej)**

UMOWA SPRZEDAŻY NR/2016

Zwarta w dniu w Dęblinie pomiędzy

zwanym w dalszej treści ‘Sprzedawca’

a

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, reprezentowanym przez Dyrektora lek. Leona Famulak, zwanym w dalszej treści „Kupujący”.

- zwanymi łącznie „Strony”, a każdy z osobna „Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż wraz z dostawą, montażem oraz przeszkoleniem pracowników systemu do badań wysiłkowych i bieżni współpracującej z tym systemem wysiłkowym i wyboru oferty Sprzedawcy, Strony zawierają umowę o treści:

§ 1

Przedmiotem sprzedaży w niniejszej umowie jest nowy systemu do badań wysiłkowych i nowa bieżnia współpracująca z tym systemem wysiłkowym o parametrach, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność przedmiotu sprzedaży i wydać Kupującemu przedmiot sprzedaży.

§ 3

1. Na przedmiot umowy składa się także dostawa, montaż przedmiotu sprzedaży do siedziby Kupującego oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Kupującego.
2. Realizacja dostawy przedmiotu sprzedaży staraniem i na ryzyko Sprzedawcy – koszt dostawy, w tym załadunku i rozładunku, wliczony w cenę przedmiotu sprzedaży.
3. Odbiór jakościowy przedmiotu sprzedaży - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Wraz z przedmiotem sprzedaży Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie dokumenty przynależne do przedmiotu sprzedaży, w szczególności karty gwarancyjne, instrukcje obsługi – w języku polskim.
5. Na okoliczność odbioru przedmiotu sprzedaży zostanie sporządzony Protokół odbioru z udziałem przedstawicieli obu Stron.
6. Przedmiot sprzedaży Sprzedawca dostarczy w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

§ 4

1. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot sprzedaży posiada dokumenty dopuszczające do stosowania w służbie zdrowia i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.876 ze zm.)

2. Jakość przedmiotu sprzedaży zgodna z PN.

§ 5

1. Strony ustalają cenę za przedmiot umowy w wysokości kwoty podanej jako cena przez Sprzedawcę w ofercie, wynoszącejzł. (.....) netto izł. (.....) brutto, w tym:

1) cena netto za system do badań wysiłkowych-zł. (.....) i
cena bruttozł. (.....),

2) cena netto za bieżnię współpracującej z systemem wysiłkowym z pkt 1).....zł. (.....

.....) i brutto.....zł. (...../

.....).

2. Cenę określoną w ust. 1 Kupujący zapłaci Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty wykonania przedmiotu umowy i doręczenia prawidłowo wystawionej Faktury VAT, w formie polecenia przelewu na konto Sprzedawcy podane na fakturze. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę Protokołu odbioru, o którym mowa §3 ust.5 niniejszej umowy.

§ 6

1. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2. Podstawę do naliczenia kar umownych stanowi wartość brutto przedmiotu sprzedaży podana w ofercie.

3. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

Strony zapłacą kary umowne z następujących tytułów:

1) Sprzedawca:

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu sprzedaży w wysokości 0,01% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10%,

2)Kupujący:

a) za opóźnienie w odbiorze przedmiotu sprzedaży w wysokości 0,01% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego 10%.

4.Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. Termin wykonania niniejszej umowy zostanie zrealizowany najpóźniej w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
2. W dacie wykonania przedmiotu umowy przechodzi na Kupującego własność nowego systemu do badań wysiłkowych i nowej bieżni współpracującej z tym systemem wysiłkowym stanowiących przedmiot sprzedaży w niniejszej umowie.

§8

Wszelkie zmiany postanowień umowy, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 9

W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą należności Sprzedawca ma prawo do odsetek w wysokości odsetek ustawowych.

§ 10

Zmiana wierzyciela wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego zamawiającego.

§ 11

W sprawach , które nie zostały uregulowane postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego , jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Sprzedawca:

Kupujący: