

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie** zawiadamia, że w dniach 23 - 24.03.2017 r. zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego **na dostawę wraz z montażem elementów ucyfrowienia pracowni rentgenowskiej (poprzez radiografię cyfrową pośrednią) do diagnostyki ogólnej, Numer postępowania: L.DZ.SPZOZ-ZP/11/17/N** o następującej treści:

Prośba o wyjaśnienie wymagań opisu przedmiotu zamówienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

1) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 3.

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pojęcie "firmowej" podstawki/stolika lub wózka? Czy "firmowy" oznacza wyprodukowany przez przedsiębiorstwo handlowe, usługowe lub przemysłowe zgodnie z definicją ze słownika języka polskiego PWN?

Odpowiedź nr 1

Przez sformułowanie "firmowa" Zamawiający rozumie podstawkę/stolik wyprodukowany przez tego samego producenta co producent skanera CR.

2) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 4.

Czy Zamawiający dopuści skaner do płyt obrazowych ze skalą szarości generowanych obrazów równą wymaganiom skali szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze?

Dopiero obrazy przesłane do archiwizacji i na stacje robocze podlegają ocenie przez specjalistę. Co więcej tylko obrazy generowane i przesłane w tej samej jakości (**bez pośredniej degradacji zakresu dynamicznego zdjęcia**) gwarantują najwyższą jakość obrazu. Przy odpowiedzi odmownej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z SIWZ.

Wymaganie wyższej skali szarości generowanych obrazów niż tej wysyłanej na stacje robocze uzasadnione jest wykorzystywaniem danych o wyższej rozdzielczości w procesie obróbki przez oprogramowanie stacji technika z wykorzystaniem algorytmów przetwarzania obrazów.

3) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 7.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na pewno wymaga rozdzielczości skanowania dla płyt 35 x 43 cm > 12,00 pix/mm?

Odpowiedź nr 3

Tak. Zamawiający potwierdza.

4) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 7.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, którego rozdzielczość skanowania dla płyt 35 x 43 cm > 11,40 pix/mm. Tak niewielka różnica nie wpływa na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu. Przy odpowiedzi odmownej prosimy o merytoryczne uzasadnienie

Odpowiedź nr 4

Zgodnie z SIWZ.

5) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 15.

Zamawiający w punkcie 15 wymaga dostarczenia 2 płyt z kasetami 25x30 cm. Jednocześnie w punkcie 10 Zamawiający nie wymaga, aby skaner obsługiwał tego rodzaju kasety. Czy Zamawiający będzie wykorzystywał kasety 25x30 cm z innym skanerem CR?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający będzie wykorzystywał kasety 25x30cm(10x12 cali) w skanerze będącym przedmiotem przetargu. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 sztuk kaset o rozmiarze 25x30cm (10x12 cali). Jednocześnie Zamawiający wymaga aby skaner obsługiwał kasety o rozmiarze 25x30 cm (10x12 cali).

6) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 16.

Zamawiający w punkcie 16 wymaga gwarantowanej przez producenta trwałości płyty na poziomie jedynie 10.000 cykli. Czy Zamawiający nie zwiększy wymagań do co najmniej 50.000 cykli? 10.000 gwarantowanych cykli pozwoli **jedynie na przepracowanie 200 dni** z każdą kasetą przy niewielkim obciążeniu na poziomie tylko 50 zdjęć dziennie.

Odpowiedź nr 6

Zgodnie z SIWZ

7) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 23.

Prosimy o wyjaśnienie skąd mają być wysyłane zdalne zlecenia?

Odpowiedź nr 7

Z dowolnego wskazanego przez Zamawiającego komputera w sieci lokalnej Zamawiającego, w wykorzystaniem interfejsu graficznego stacji technika.

8) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 23.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przez pojęcie "system" rozumie tylko stację technika?

Odpowiedź nr 8

Tak.

9) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 23.

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pojęcie "zlecenie badań dla skanera"?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający pod pojęciem zlecenie badań dla skanera rozumie wprowadzenie badania na konsoli technika lub na innym wskazanym przez Zamawiającego komputerze.

10) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 24.

Prosimy o wykreślenie wymogu tworzenia i drukowania opisów badań na stacji technika. Zapis ten jest niezgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie niezbędnych minimalnych wymagań odnośnie opisywania zdjęć RTG w połączeniu z wymaganiami sprzętowymi stacji technika wyspecyfikowanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający wykreśla zapis "tworzenie i drukowanie opisów" w punkcie nr 24

11) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 25.

Zamawiający wymaga, aby stacja technika posiadała oprogramowanie do dystrybucji obrazów w celu szybkiego podglądu. W prawidłowo skonfigurowanym systemie tego typu funkcjonalność realizowana jest przez serwer PACS, który jest również wymagany przez Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie zrealizowania tego wymogu przez serwer PACS.

Odpowiedź nr 11

Zgodnie z SIWZ.

12)Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 26.

Zamawiający wymaga, aby stacja technika posiadała obsługę HL7. W prawidłowo skonfigurowanym systemie tego typu funkcjonalność realizowana jest przez serwer PACS, który jest również wymagany przez Zamawiającego.

Prosimy o dopuszczenie zrealizowania tego wymogu przez serwer PACS.

Odpowiedź nr 12

Zgodnie z SIWZ.

13)Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 28.

Zamawiający w punkcie 27 wymaga zapisywania informacji o logowaniu/wylogowaniu klienta w dzienniku (pliku log). Jednocześnie Zamawiający nie definiuje tego typu funkcjonalności stacji technika. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności na stacji technika.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający potwierdza.

14)Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 28.

Zamawiający w punkcie 28 wymaga obsługi wielu urządzeń do archiwizacji danych. W prawidłowo skonfigurowanym systemie archiwizacja danych odbywa się na odpowiednio zabezpieczonym serwerze PACS, który jest również wymagany przez Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie zrealizowania tego wymogu przez serwer PACS.

Odpowiedź nr 14

Zgodnie z SIWZ.

15)Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 31.

Zamawiający w punkcie 31 wymaga zarządzania danymi obrazowymi na stacji technika. W prawidłowo skonfigurowanym systemie zarządzanie danymi obrazowymi odbywa się na odpowiednio zabezpieczonym serwerze PACS, który jest również wymagany przez Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie zrealizowania tego wymogu przez serwer PACS.

Odpowiedź nr 15

Zgodnie z SIWZ.

Intencją Zamawiającego jest możliwość dublowania rozwiązań.

16)Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkty 40-68.

Zamawiający w punktach 40-68 specyfikuje oprogramowanie radiologicznej stacji lekarskiej. Jednocześnie Zamawiający nie specyfikuje sprzętu do stacji lekarskiej. Czy Zamawiający będzie wykorzystywał oprogramowanie do istniejącego sprzętu stacji lekarskiej?

Jeżeli tak, prosimy o wyspecyfikowanie danych posiadanego sprzętu stacji lekarskiej (typ monitorów medycznych, typ i parametry stacji roboczej, typ i parametry monitora opisowego, typ i parametry UPS-a itd.).

Jeżeli nie, prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia licencji radiologicznej stacji lekarskiej, ponieważ bez sprzętu tego typu oprogramowanie będzie dla Zamawiającego zupełnie nieprzydatne i zakup samej licencji może wiązać się dla Zamawiającego z zarzutem niegospodarności.

Odpowiedź nr 16

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający specyfikując licencję na stację diagnostyczną ma na względzie zakup sprzętu w przyszłości. Zakup licencji w pakiecie gwarantuje Zamawiającemu niższą cenę oraz gwarancję kompatybilności z pozostałymi elementami systemu.

17)Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkty 116.

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania jednego producenta. Tego typu zapis jest niezgodny z zasadami uczciwej konkurencji, ponieważ nie definiuje wymagań funkcjonalnych a jedynie wymagania formalne. Prosimy o wyspecyfikowanie funkcji, które według Zamawiającego może spełniać tylko oprogramowanie jednego producenta i dopuszczenie rozwiązań różnych producentów spełniających wyspecyfikowane wymagania funkcjonalne.

Odpowiedź nr 17

Zgodnie z SIWZ.

Wymaganie to gwarantuje Zamawiającemu pełną kompatybilność oferowanego rozwiązania jak również jedną firmę serwisową.

18)Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkty 116.

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania jednego producenta. Prosimy o wykreślenie niniejszego zapisu, ponieważ jest on niezgodny z zasadami uczciwej konkurencji co więcej nie jest konsekwentny, ponieważ Zamawiający nie wymaga dostarczenia **sprzętu i oprogramowania** jednego producenta, a jedynie oprogramowania jednego producenta. Tak sformułowane zapisy sugerują, że Zamawiający preferuje rozwiązania konkretnych producentów poprzez zastosowanie zapisów formalnych niezgodnych z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź nr 18

Zgodnie z SIWZ.

Według wiedzy Zamawiającego nie istnieje producent oferujący jednocześnie kompletne rozwiązanie sprzętowe i softwareowe.

19) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkty 117.

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji tylko dla jednego urządzenia przez okres jedynie jednego roku. Czy Zamawiający ma świadomość, że po okresie jednego roku będzie musiał ponieść dodatkowe koszty oprogramowania? Prosimy o zmianę zapisów zarówno w zakresie liczby urządzeń (wszystkie posiadane przez Zamawiającego urządzenia radiologiczne) jak i czasu trwania licencji na czas nieograniczony.

Odpowiedź nr 19

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający używając sformułowania "aparat" miał na myśli aparat RTG ogólnodiagnostyczny oraz sprzęt zawierający się w przedmiotowym postępowaniu (skaner CR)

20) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkty 119.

Zamawiający wymaga gwarancji na cały sprzęt > 24 miesiące. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający faktycznie nie wymaga gwarancji na dostarczone oprogramowanie?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający wymaga gwarancji na co najmniej 24 miesiące na cały oferowany sprzęt wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem.

21) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 15.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie dwóch kaset o rozmiarze 24x30 cm?

Odpowiedź nr 21

Zamawiający dopuszcza.

22) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 39.

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza "system operacyjny zgodny z Windows"?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający dopuści stację technika z dowolnym systemem operacyjnym.

23) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 86.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie macierzy RAID5 z dodatkowym dyskiem hot-spare?

Odpowiedź nr 23

Zgodnie z SIWZ.

24) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 88.

Zamawiający wymaga możliwości zapisywania danych na sieciowych zasobach zewnętrznych. Jaki typ danych Zamawiający chciałby zapisywać na zewnętrznych zasobach sieciowych?

Odpowiedź nr 24

Dane obrazowe, kopie systemu, kopie bazy danych.

25) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 88.

Zamawiający wymaga możliwości zapisywania danych na sieciowych zasobach zewnętrznych. Prosimy o wyspecyfikowanie rodzaju i typu połączenia sieciowego (protokołu), który chce wykorzystywać Zamawiający.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie specyfikuje rodzaju i typu połączenia sieciowego. Wymaga by było to połączenie bezpieczne.

26) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkty 92-98.

Czy Zamawiający wymaga robota nagrywającego do systemu automatycznego nagrywania płyt pacjenta? Robot nagrywający znacznie usprawnia nagrywanie płyt pacjenta poprzez automatyczne nagrywanie i tworzenie opisu płyty.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający wymaga dostarczenia robota nagrywającego płyty i drukującego na płytach etykiety.

27) Dotyczy:

- Wymagane parametry: punkt 124.

Czy Zamawiający wymaga 10-letniego okresu zapewnienia części zamiennych również na sprzęt komputerowy?

odpowiedź nr 27

Zamawiający wymaga zapewnienia 10 letniego dostępu do części zamiennych dla sprzętu medycznego i 5 letniego dostępu do części zamiennych dla sprzętu pozostałego.

28) Dotyczy:

Wykonawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu

Prosimy o zmianę powyższego wymagania na :

Serwis oferowanego sprzętu przez autoryzowany serwis producenta.

Aktualne brzmienie wymagania jest obejściem przepisów Prawa Zamówień Publicznych i de facto uniemożliwia Wykonawcy skorzystanie z usług podwykonawców czy podmiotów udostępniających potencjał.

odpowiedź nr 28

Zamawiający odstępuje od wymagania autoryzacji na sprzedaż.

Zamawiający podtrzymuje wymaganie autoryzacji na serwis co najmniej skanera CR, oraz oprogramowania PACS.

29) Dotyczy:

Gwarancja zapewnienia części zamiennych przez minimum 10 lat od instalacji

Prosimy o wyłączenie spod powyższego wymagania sprzętu komputerowego. Żaden z producentów sprzętu komputerowego nie prowadzi tak długiego wsparcia dla swoich produktów.

odpowiedź nr 29

Zamawiający wymaga zapewnienia 10 letniego dostępu do części zamiennych dla sprzętu medycznego i 5 letniego dostępu do części zamiennych dla sprzętu pozostałego.

30) Dotyczy:

Dotyczy pkt 11. Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy skanera o skanowanie zdjęć kości długich o rozmiarze min. 35x83cm.

Czy Zamawiający dopuści aby obraz kości długich był uzyskiwany ze złożenia dwóch odrębnych obrazów uzyskanych na dwóch płytach obrazowych?

odpowiedź nr 30

Nie. Zamawiający wymaga aby obraz był uzyskiwany na jednej płycie obrazowej o wymiarach min. 35x83cm.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dęblinie

Leon FAMULAK

Wyk. M.K.