

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie** zawiadamia, że w dniu 07.12.2016 r. zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego na **sprzedaż wraz z dostawą, montażem oraz przeszkoleniem pracowników systemu do badań wysiłkowych i bieżni współpracującej z tym systemem wysiłkowym, L.DZ.SPZOZ-ZP/24/16/N** następującej treści:

Pytania:

1. Nowoczesna bieżnię z następującymi parametrami (4):
 - 1) Maksymalna waga pacjenta do 227 kg
 - 2) Waga bieżni 194 kg
 - 3) Kalibracja prędkości i kata samoregulująca
 - 4) Autoblokada swobodnego ruchu pasa bieżni z opóźnieniem po zatrzymaniu pasa
 - 5) Bezpieczne poręcze bieżni
 - 6) Wyłącznik bezpieczeństwa mocowany do poręczy
 - 7) Zasilanie 230V, 50Hz, 15A
 - 8) Standardowe złącza bieżni RS 232, USB
 - 9) Prędkość pasa bieżni 0,16 – 24 km/h
 - 10) Skok zmiany prędkości 0,1 km/h
 - 11) Kąt uniesienia bieżni 0 – 25%
 - 12) Skok zmiany nachylenia bieżni 0 – 5%
 - 13) Długość użytkowa pasa bieżni 1600 x 560 mm
 - 14) Odległość pasa bieżni od podłoża 180 mm
 - 15) Wymiary bieżni (DxSxW) 1990 x 840 x 1300 mm
 - 16) Moc silnika 4KM (6KM w szczycie)
2. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy przetwornik sygnału EKG o wym. 107x63x23 mm [8]) i wadze 113 g [9]) z czasem pracy do 12 godzin[12]).
3. Czy zamawiający dopuści do przetargu system z rejestracją EKG spoczynkowego do 30 min.[33]) z czułością wyświetlania sygnału EKG 2,5/5/10/20 i 10 /na/ 5mm/mV oraz prędkością wyświetlania 25 i 50 mm/s.
4. Czy zamawiający dopuści do przetargu wykonawcę, który nie posiada autoryzacji producenta.
5. Czy zamawiającemu wystarczy oświadczenie wykonawcy o posiadaniu odpowiednich środków finansowych oraz możliwościach ekonomicznych do przeprowadzenia sprzedaż do placówki zamawiającego.

na które udziela się odpowiedzi:

ad. 1. – 3.

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian.

Ad. 4.

Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał autoryzację producenta sprzętu.

Ad. 5.

Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym wezwie wybranego wykonawcę do przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę min.: **30 000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych).**

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Dęblinie

Leon FAMULAK